07/02/2019	11:25		Articles de stérilisation: 000 004 674 009 - 000 004 658 006 - 000 004 598 013 - 000 004 664 007

Stérilisation LOGOS_w

Quitter | Imprimer la liste des instruments utilisés pour le rendez-vous | Imprimer la liste de tous les instruments utilisés pour le patient | Imprimer la Fiche du cycle sélectionne

Liste des stérilisations

Date	Heure	Type	N° de cycle	Référence
28/01/2019	12:10	Cycle de stérilisation	000 004 617	4
23/01/2019	11:25	Cycle de stérilisation	000 004 584	3
29/01/2019	16:09	Cycle de stérilisation	000 004 630	4

Opérateur : AA

Stérilisateur: 44 B JEAN-MI

Type de cycle: Cycle de stérilisation

Mode : Vapeur - Prions 134°C 18 min.

Date: 29/01/2019

Heure: 16:09

N° de cycle : 000 004 630

Référence : 4

Complément :

Documents :

2 articles correspondants et contenus dans le cycle

Désignation	Numéro	Emballage	Péremption
DAVIER DEPOSE PM BAS	000 004 630 002	Sachet	30/03/2019
DAVIER DÉPOSE INCISIF + CANINE HAUT	000 004 630 003	Sachet	30/03/2019